



風しんの感染予防に 十分な抗体を持っていないとされる抗体価の基準

測定キット名 (製造販売元)	検査方法	妊娠を希望する女性等を 対象とする基準 (県事業)
風疹ウイルスHI試薬「生研」 (デンカ生研株式会社)	赤血球凝集抑制法 (HI法)	16倍以下 (希釈倍率)
R-HI「生研」 (デンカ生研株式会社)	赤血球凝集抑制法 (HI法)	16倍以下 (希釈倍率)
ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG (デンカ生研株式会社)	酵素免疫法 (EIA法)	8.0未満 (EIA価)
エンザイグノストB 風疹/IgG (シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)	酵素免疫法 (EIA法)	30未満 (国際単位 (IU) /ml)
バイダスアッセイキット RUB IgG (シスメックス・ビオメリュー株式会社)	蛍光酵素免疫法 (ELFA法)	45未満 (国際単位 (IU) /ml)
ランピアラテックス RUBELLA (極東製薬工業株式会社)	ラテックス免疫比濁法 (LTI法)	30未満 (国際単位 (IU) /ml)
アクセスルベラ IgG (ベックマン・コールター株式会社)	化学発光酵素免疫法 (CLEIA法)	45未満 (国際単位 (IU) /ml)
i-アッセイ CL 風疹 IgG (株式会社保健科学西日本)	化学発光酵素免疫法 (CLEIA法)	14未満 (抗体価)
BioPlex MMRV IgG (バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)	蛍光免疫測定法 (FIA法)	3.0未満 (抗体価 AI*)
BioPlex ToRC IgG (バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)	蛍光免疫測定法 (FIA法)	30未満 (国際単位 (IU) /ml)

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位