

仕 様 書

案件名	アルコール測定検知器
見積書提出期限	令和7年7月16日（水） 13時まで
納入期限	令和7年10月31日（金）
納入場所	山口県警察本部（山口市滝町1番1号）

品名	規格・サイズ・材質等			数量	単位	基準品	備考	
アルコール測定検知器	検出部	測定範囲	呼気中アルコール濃度 0.00～1.00mg/ℓ以上を計測可能であること。		3	台	メーカー ドレーゲル社製	商品名 アルコール測定検知器 型式 Alcotest®7510
		測定精度	-0.04～0.00mg/ℓ以内であること					
		測定時間	120秒以内であること。					
		使用温度	－5以下～40℃以上の温度範囲で使用可能であること。					
	表示部	液晶モニター等を備え測定結果が確認可能であること。		メーカー 光明理化学工業株式会社製			商品名 北川式呼気中アルコール測定器 型式 DPA－15B型	
		液晶モニターには、バックライトを備えること。						
		時計機能を備え、手動で日時の修正が行えること。						
	印字部	印字内容等	測定後、測定内容が紙媒体等に印字可能であること。				相当品可	
			測定年月日及び時間、測定番号等、測定値が印字されること。					
	メモリ等	内部メモリを備え機器の設定及び日時等が保存されること。						
		測定結果は、本体メモリ等に1,000個以上記録されること。						
	電源部	電池又は、バッテリー式であること。 バッテリー式である場合は、充電器を備えること。						
		日本語で記載された、取扱説明書を備えること。						
	付属品	機器の保守点検等が必要な場合は必要な機材を備えること。						
		本体等を収納可能なキャリングケース等を備えること。						