



風しんの感染予防に 十分な抗体を持っていないとされる抗体価の基準

測定キット名 (製造販売元)	検査方法	風しん第5期定期予 防接種に係る基準 (市町事業)	妊娠を希望する女性等 を対象とする基準 (県事業)
風疹ウイルスHI試薬「生研」 (デンカ生研株式会社)	赤血球凝集抑制法 (HI法)	8倍以下 (希釈倍率)	16倍以下 (希釈倍率)
R-HI「生研」 (デンカ生研株式会社)	赤血球凝集抑制法 (HI法)	8倍以下 (希釈倍率)	16倍以下 (希釈倍率)
ウイルス抗体EIA「生研」 ルベラIgG (デンカ生研株式会社)	酵素免疫法 (EIA法)	6.0未満 (EIA価)	8.0未満 (EIA価)
エンザイグノストB 風疹 /IgG (シーメンスヘルスケア・ダ イアグノスティクス株式会 社)	酵素免疫法 (EIA法)	15未満 (国際単位 (IU) /ml)	30未満 (国際単位 (IU) /ml)
バイダスアッセイキット RUB IgG (シスメックス・ビオメリ ュー株式会社)	蛍光酵素 免疫法 (ELFA法)	25未満 (国際単位 (IU) /ml)	45未満 (国際単位 (IU) /ml)
ランピアラテックス RUBELLA (極東製薬工業株式会社)	ラテックス 免役比濁法 (LTI法)	15未満 (国際単位 (IU) /ml)	30未満 (国際単位 (IU) /ml)
アクセスルベラIgG (ベックマン・コールター株 式会社)	化学発光酵 素免疫法 (CLEIA法)	20未満 (国際単位 (IU) /ml)	45未満 (国際単位 (IU) /ml)
i-アッセイGL 風疹IgG (株式会社保健科学西日本)	化学発光酵 素免疫法 (CLEIA法)	11未満 (抗体価)	14未満 (抗体価)
BioPlex MMRV IgG (バイオ・ラッドラボラトリ ーズ株式会社)	蛍光免疫 測定法 (FIA法)	1.5未満 (抗体価 AI*)	3.0未満 (抗体価 AI*)
BioPlex ToRC IgG (バイオ・ラッドラボラトリ ーズ株式会社)	蛍光免疫 測定法 (FIA法)	15未満 (国際単位 (IU) /ml)	30未満 (国際単位 (IU) /ml)

* 製造企業が独自に調整した抗体価単位

※風しん第5期予防接種は集団免疫の獲得を目的としたものであり、妊娠を希望する女性等を対象とする個人予防における抗体価の基準が異なります。

※個人予防を希望する方へは、より確実な予防が推奨されます。